

## Инструкции для пациента по проведению эндоскопии тонкой кишки с использованием капсулы PillCam® и ремня с датчиком SensorBelt

Пациент: \_\_\_\_\_

Дата обследования: \_\_\_\_\_

Для получения наилучших результатов капсульной эндоскопии тонкой кишки с использованием капсулы PillCam строго следуйте предписаниям врача и выполняйте их полностью.

### День накануне капсульной эндоскопии

1. Начните принимать только жидкую пищу после обеда. - *Ничего не кушать после 12:00 р.м*
2. Не ешьте и не пейте за 10 часов до капсульной эндоскопии, кроме случаев, когда нужно принять необходимое лекарство и запить глотком воды.
3. *7:00 р.м выпить бутылочку Magnesium Citrate*

### В день капсульной эндоскопии

1. Не принимайте никаких медикаментов за 2 часа до прохождения капсульной эндоскопии.
2. Наденьте тонкую одежду из натурального волокна, например, футболку, которая имеет достаточную длину (по меньшей мере, до бедер) и не будет подворачиваться под пояс.
3. Прибудьте в клинику в назначенное время: \_\_\_\_\_

### Перед проглатыванием капсулы PillCam SB

- ① Процедура капсульной эндоскопии займет примерно 8 - 9 часов. Если после проглатывания капсулы у Вас появится боль в области живота, тошнота или рвота, немедленно обратитесь к врачу.
1. Через 2 часа после проглатывания капсулы PillCam SB Вы можете пить бесцветные напитки.
  2. Через 4 часа после проглатывания капсулы можно немного перекусить. После завершения обследования можно будет вернуться к своей нормальной диете.
  3. Следите за тем, чтобы пояс SensorBelt плотно облегал талию. Не прикрепляйте к нему посторонние предметы.
  4. Каждые 15 минут проверяйте состояние синего индикатора устройства регистрации данных DataRecorder: он должен мигать с частотой два раза в секунду. Если он прекратит мигать или начнет светиться другим цветом, запишите время и обратитесь к врачу.
  5. Воспользуйтесь прилагаемой *Формой регистрации событий при капсульной эндоскопии* для записи времени событий, таких как прием пищи, напитков или изменение деятельности. Передайте заполненную *Форму регистрации событий* врачу при возврате оборудования.
  6. Избегайте действия сильных электромагнитных полей, например, от магниторезонансного томографа, приборов радиолобительской связи, с момента проглатывания капсулы и до ее выхода из организма.
  7. Не отсоединяйте оборудование и не снимайте DataRecorder в течение всего времени процедуры.
  8. Осторожно обращайтесь с устройством регистрации DataRecorder. Избегайте резких движений и ударов устройства DataRecorder.